



Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię Covid-19

Zmiana treści dokumentów do postępowania nr 02/10/2022/KIF/7.1

<p>I. Zamawiający</p>	<p>Krajowa Izba Fizjoterapeutów z siedzibą w Warszawie, Plac Stanisława Małachowskiego 2 (00-066), NIP: 701-065-15-76, REGON: 366272350 e-mail: oferty@kif.info.pl</p>																				
<p>II. Zmiana treści Zapytania ofertowego nr 02/10/2022/KIF/7.1</p>	<p>W związku realizacją zamówienia na wynajem specjalistycznych stołów do terapii wraz ze świadczeniem usługi transportu w województwach: łódzkim, świętokrzyskim, małopolskim, podkarpackim w ramach realizacji projektu pn. „FIZJO-LEARNING – większe kompetencje fizjoterapeutów w pracy z pacjentem chorującym na choroby zakaźne, w tym COVID-19” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej VII. Wsparcie REACT-EU dla obszaru zdrowia, Działania 7.1 Wzmocnienie zasobów kadrowych systemu ochrony zdrowia współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020,</p> <p>Krajowa Izba Fizjoterapeutów w dniu 20.10.2022r. wprowadza w Rozdziale IV – Opis Przedmiotu Zamówienia w Zapytaniu ofertowym następujące zmiany:</p> <p><u>BYŁO:</u></p> <p>1. Przedmiotem zamówienia jest wynajem wraz z dostawą i odbiorem składanych, regulowanych stołów do terapii w województwach: łódzkim, świętokrzyskim, małopolskim, podkarpackim dla fizjoterapeutów będących Uczestnikami Projektu „FIZJO-LEARNING – większe kompetencje fizjoterapeutów w pracy z pacjentem chorującym na choroby zakaźne, w tym COVID-19”, o parametrach wskazanych w poniższej tabeli:</p> <table border="1" data-bbox="432 1160 1522 2004"> <thead> <tr> <th colspan="2">Wymagania dotyczące specjalistycznych stołów do terapii</th> </tr> <tr> <th colspan="2">Minimalne parametry techniczne</th> </tr> <tr> <th>Parametr</th> <th>Oznaczenie</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Konstrukcja</td> <td>aluminium i/lub drewno</td> </tr> <tr> <td>Długość całkowita mieszcząca się w zakresie</td> <td>180-220 cm</td> </tr> <tr> <td>Szerokość mieszcząca się w zakresie</td> <td>60-80 cm</td> </tr> <tr> <td>Maksymalna waga</td> <td>17 kg</td> </tr> <tr> <td>Najniższa wysokość regulowana mieszcząca się w zakresie</td> <td>do 64 cm</td> </tr> <tr> <td>Najwyższa wysokość regulowana mieszcząca się w zakresie</td> <td>od 82 cm</td> </tr> <tr> <td>Dopuszczalne obciążenie</td> <td>170-250 kg</td> </tr> </tbody> </table>	Wymagania dotyczące specjalistycznych stołów do terapii		Minimalne parametry techniczne		Parametr	Oznaczenie	Konstrukcja	aluminium i/lub drewno	Długość całkowita mieszcząca się w zakresie	180-220 cm	Szerokość mieszcząca się w zakresie	60-80 cm	Maksymalna waga	17 kg	Najniższa wysokość regulowana mieszcząca się w zakresie	do 64 cm	Najwyższa wysokość regulowana mieszcząca się w zakresie	od 82 cm	Dopuszczalne obciążenie	170-250 kg
Wymagania dotyczące specjalistycznych stołów do terapii																					
Minimalne parametry techniczne																					
Parametr	Oznaczenie																				
Konstrukcja	aluminium i/lub drewno																				
Długość całkowita mieszcząca się w zakresie	180-220 cm																				
Szerokość mieszcząca się w zakresie	60-80 cm																				
Maksymalna waga	17 kg																				
Najniższa wysokość regulowana mieszcząca się w zakresie	do 64 cm																				
Najwyższa wysokość regulowana mieszcząca się w zakresie	od 82 cm																				
Dopuszczalne obciążenie	170-250 kg																				



Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię Covid-19

Wyposażenie opcjonalne	zagłówek lub otwór na głowę w blacie stołu
Uwagi	tapicerka odporna na zabrudzenia

JEST:

- Przedmiotem zamówienia jest wynajem wraz z dostawą i odbiorem składanych, regulowanych stołów do terapii w województwach: łódzkim, świętokrzyskim, małopolskim, podkarpackim dla fizjoterapeutów będących Uczestnikami Projektu „FIZJO-LEARNING – większe kompetencje fizjoterapeutów w pracy z pacjentem chorującym na choroby zakaźne, w tym COVID-19”, o parametrach wskazanych w poniższej tabeli:

Wymagania dotyczące specjalistycznych stołów do terapii	
<i>Minimalne parametry techniczne</i>	
Parametr	Oznaczenie
Konstrukcja	aluminium i/lub drewno
Długość całkowita mieszcząca się w zakresie	180-220 cm
Szerokość mieszcząca się w zakresie	60-80 cm
Maksymalna waga	17 kg (+/- 20%)
Najniższa wysokość regulowana mieszcząca się w zakresie	do 70 cm
Najwyższa wysokość regulowana mieszcząca się w zakresie	od 80 cm
Dopuszczalne obciążenie	170-250 kg
Wyposażenie opcjonalne	zagłówek lub otwór na głowę w blacie stołu
Uwagi	tapicerka odporna na zabrudzenia

Pozostałe postanowienia Zapytania ofertowego nr 02/10/2022/KIF/7.1 pozostają bez zmian. W związku z dokonanymi zmianami termin składania ofert nie ulega wydłużeniu.



Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię Covid-19

Krajowa Izba Fizjoterapeutów w dniu 20.10.2022r. wprowadza w projekcie Umowy w Załączniku nr 3 do Zapytania ofertowego następujące zmiany:

BYŁO:

§ 1 Przedmiot umowy

1. Przedmiotem zamówienia jest wynajem składanych, regulowanych **stołów do terapii w województwach: łódzkim, świętokrzyskim, małopolskim, podkarpackim dla fizjoterapeutów wraz ze świadczeniem usługi transportu (nazwa i kod określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): 33192000-2 Meble medyczne), zwanych dalej stołami lub stołami do terapii** w ramach realizacji projektu pn. „FIZJO-LEARNING – większe kompetencje fizjoterapeutów w pracy z pacjentem chorującym na choroby zakaźne, w tym COVID-19”, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej VII. Wsparcie REACT-EU dla obszaru zdrowia, Działania 7.1 Wzmocnienie zasobów kadrowych systemu ochrony zdrowia, współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, w ramach Umowy nr POWR.07.01.00-00-0005/22-00/3404/2022/265) o parametrach wskazanych w poniższej tabeli:

Wymagania dotyczące specjalistycznych stołów do terapii	
<i>Minimalne parametry techniczne</i>	
Parametr	Oznaczenie
Konstrukcja	aluminium i/lub drewno
Długość całkowita mieszcząca się w zakresie	180-220 cm
Szerokość mieszcząca się w zakresie	60-80 cm
Maksymalna waga	17 kg
Najniższa wysokość regulowana mieszcząca się w zakresie	do 64 cm
Najwyższa wysokość regulowana mieszcząca się w zakresie	od 82 cm
Dopuszczalne obciążenie	170-250 kg
Wyposażenie opcjonalne	zagłówek lub otwór na głowę w blacie stołu
Uwagi	tapicerka odporna na zabrudzenia

III.

Zmiana treści Załącznika nr 3 – projekt Umowy do Zapytania ofertowego nr 02/10/2022/KIF/7.1



Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię Covid-19

JEST:

§ 1 Przedmiot umowy

1. Przedmiotem zamówienia jest wynajem składanych, regulowanych **stołów do terapii w województwach: łódzkim, świętokrzyskim, małopolskim, podkarpackim dla fizjoterapeutów wraz ze świadczeniem usługi transportu (nazwa i kod określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): 33192000-2 Meble medyczne), zwanych dalej stołami lub stołami do terapii** w ramach realizacji projektu pn. „FIZJO-LEARNING – większe kompetencje fizjoterapeutów w pracy z pacjentem chorującym na choroby zakaźne, w tym COVID-19”, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej VII. Wsparcie REACT-EU dla obszaru zdrowia, Działania 7.1 Wzmocnienie zasobów kadrowych systemu ochrony zdrowia, współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, w ramach Umowy nr POWR.07.01.00-00-0005/22-00/3404/2022/265) o parametrach wskazanych w poniższej tabeli:

Wymagania dotyczące specjalistycznych stołów do terapii	
<i>Minimalne parametry techniczne</i>	
Parametr	Oznaczenie
Konstrukcja	aluminium i/lub drewno
Długość całkowita mieszcząca się w zakresie	180-220 cm
Szerokość mieszcząca się w zakresie	60-80 cm
Maksymalna waga	17 kg (+/- 20%)
Najniższa wysokość regulowana mieszcząca się w zakresie	do 70 cm
Najwyższa wysokość regulowana mieszcząca się w zakresie	od 80 cm
Dopuszczalne obciążenie	170-250 kg
Wyposażenie opcjonalne	zagłówek lub otwór na głowę w blacie stołu
Uwagi	tapicerka odporna na zabrudzenia

Pozostałe zapisy w projekcie Umowy – Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego nr 02/10/2022/KIF/7.1 pozostają bez zmian.